

**TÜRKAK**  
**TÜRK AKREDİTASYON KURUMU**  
tarafından akredite edilmiştir.

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

AB-0009-T

2064541-21

05-21

Rapor No / Numune Kabul No :2064541-21  
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı : YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.  
Adresi : ARSLANBEY OSB NO:13 41285 KARTEPE KOCAELİ TÜRKİYE  
Proje Adı :-  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-  
Numunenin ;  
Seri-Parti/ No :-  
Numune Kod No :-  
Ambalaj Şekli/Türü :ŞEFFAF KUTU  
Miktarı :6+12 ADET  
Üretici Firma/Marka :-  
Numune Sıcaklığı :-  
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-  
Cinsi : VARİODOR  
Test örneğinin yapısal özellikleri :AHŞAP  
Test örneğinin boyutları :5x5 cm<sup>2</sup>  
Kaplama film özellikleri :-  
İnkübasyon koşulları(sıcaklık,süre,petri) :36°C , 0-24 Saat  
İnokülasyon Miktarı :0.4 ml

Alındığı Yer :-  
Üretim Tarihi :-  
Son Kullanma Tarihi :-  
Alındığı/Geliş Tarihi : 20.04.2021  
Analiz Başlangıç tarihi : 26.04.2021  
Rapor Tarihi : 05.05.2021

20/04/2021 tarihinde tarafınızca gönderilen "VARİODOR" örneğinin ISO 22196'a (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), göre test edilmiştir.

NUMUNE ANALİZ SONUÇLARI*					UYGUNLUK DURUMU
Mikroorganizma Suşları / Suş No	Inokulum Yoğunluğu (cfu/ml)	Kontrol Numunesinin '0' zamanındaki hücre sayısı (cfu/cm <sup>2</sup> ) (Uo)	Kontrol Numunesinin '24' zamanındaki hücre sayısı (cfu/cm <sup>2</sup> ) (Ut)	Antibakteriyel uygulama yapılan numunedeki 24 saat sonraki hücre sayısı (cfu/cm <sup>2</sup> ) (At)	
Escherichia coli ATCC 8739	6.20x10 <sup>5</sup>	7.76x10 <sup>3</sup> (log:3.89)	3.91x10 <sup>5</sup> (log:5.59)	6 (log:0.79)	U
<b>ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE (R değeri 2'den büyük olmalıdır) = R=Ut-At= 4,80</b> <b>ANTİBAKTERİYEL % AZALMA = % 99,99</b>					
Staphylococcus aureus ATCC 6538	6.00x10 <sup>5</sup>	9.91x10 <sup>3</sup> (log:3.99)	3.68x10 <sup>5</sup> (log:5.56)	14 (log:1.15)	U
<b>ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE (R değeri 2'den büyük olmalıdır) = R=Ut-At= 4,41</b> <b>ANTİBAKTERİYEL % AZALMA = % 99,99</b>					

\*\*:Uygunluk Durumu: U:Uygundur, UD: Uygun Değildir, DY: Limit değer olmadığı için değerlendirme yapılmadı

Cansu Köroğlu  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Yasemin AKBAYKOĞLU  
Numune Kabul ve Raporlama  
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE  
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18 Ataşehir 34746 İstanbul  
PK 34746 Ataşehir İstanbul  
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49  
VD Kozyatığı No 7440994501

BU ANALİZ RAPORU ADLİ-İDARİ VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSILARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.